REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN
EICH- UND BESCHUSSWESEN BADEN-WÜRTTEMBERG
Office of Legal Metrology of the State of Baden-Württemberg (Germany)

DIE BEI DEN MESSUNGEN VERWENDETEN NORMALE SIND AUF DIE NATIONALEN NORMALE BEI DER PHYSIKALISCH-TECHNISCHEN BUNDESANSTALT RÜCKGEFÜHRT
THE STANDARDS USED FOR THE MEASUREMENTS ARE TRACEABLE TO THE NATIONAL STANDARDS AT THE PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT.

Eichschein
Verification certificate

Nummer *Number*	**FE-25-852-00055**
Gegenstand *Object*	Nichtselbsttätige Waage der Genauigkeitsklasse III Höchstlast: 50000kg/10000kg, e = 20kg/10kg
Identifikation *Identification*	Fabr. Nr.: C135480903 Typ: IND570
Hersteller *Manufacturer*	Wöhwa
Antragsteller *Applicant*	WEAG GmbH & Co. KG Küferstr. 25 73257 Köngen
Prüfverfahren *Test procedure*	Entsprechend Abschnitt 6 der Prüfanweisung „Gesetzliches Messwesen – Prüfanweisung für nichtselbsttätige Waagen (GM-P 2.3 NSW)“
Ergebnis *Result*	Das Messgerät entspricht den Anforderungen des MessEG und der MessEV.
Ort und Datum der Eichung *Place and date of verification*	Köngen, 12.11.2025

Eichfrist endet am 31.12.2028
Verification period until

Eichkennzeichen
Verification marking



Angegeben ist die Eichfrist gemäß §34 Mess- und Eichverordnung. Die Eichfrist endet vorzeitig, wenn eine der in §37 Absatz 2 des Mess- und Eichgesetzes beschriebenen Veränderungen eingetreten ist.
Declared is the verification period according to §34 Mess- und Eichverordnung. The verification period ends early if one of the changes listed in §37 section 2 of the Mess- und Eichgesetz has occurred.

Dieser Eichschein darf nur unverändert weiterverbreitet werden.
This verification certificate may only be reproduced in unchanged form.

Ort und Datum
Place and date

Fellbach, 13.11.2025

Im Auftrag
By order

Jochen Ammersinn

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift und Siegel gültig.
This document was generated electronically and is valid without signature and seal